

Qualitätsbericht Universitäres Cochlea-Implantat Zentrum UKE Hamburg – Eppendorf

2024

Im Jahr 2024 wurden im Universitären Cochlea-Implantat Zentrum UKE Hamburg – Eppendorf 74 Implantationen eines Cochlea-Implantats durchgeführt. Es wurden Implantate der Hersteller Advanced Bionics, Cochlear und MED-EL und Oticon Medical angeboten und Implantate der Hersteller Advanced Bionics, Cochlear und MED-EL verwendet. Zur Übersicht über die erfolgten Implantationen und zur Sicherung der Versorgungsqualität dient dieser gemäß dem Weißbuch „Cochlea-Implantat (CI)-Versorgung“ der DGHNO-KHC erstellte Qualitätsbericht. Er soll die CI-Versorgung im Universitären Cochlea-Implantat Zentrum UKE Hamburg – Eppendorf übersichtlich darstellen. Ziel ist es die für Patienten erforderliche Informationen für den individuellen Orientierungs- und Entscheidungsprozess zur Verfügung zu stellen.

Das Universitäre Cochlea-Implantat Zentrum UKE Hamburg – Eppendorf wurde 2021 als CI-versorgende Einrichtung (CIVE, DGHNO-KHC) zertifiziert und seither jährlich erfolgreich rezertifiziert.

Qualitätssicherung ist für die kontinuierliche weitere Verbesserung der Versorgung von Patienten ein wichtiger Baustein. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, sowie die Abläufe sind im Rahmen der klinikumsweiten Zertifizierung nach DIN ISO 9001 mit geprüft und zertifiziert.

Art und Anzahl der Implantationen

Vier Patient:innen erhielten eine bilaterale sequentielle Versorgung. Fünf Kinder wurden bilateral simultan mit Cochlea-Implantaten versorgt. Es wurden 2024 26 Männer und 48 Frauen versorgt. Kumulativ wurden bis Ende 2024 482 Cochlea-Implantat-Versorgungen am UKE durchgeführt.

Betreute CI-Patienten in der Nachsorge

Am UKE wurden 2024 807 Reha-Tage in der ambulanten Rehabilitation durchgeführt. Davon befinden waren 522 Tage für Erwachsene und 194 für Kinder. 87 Tage wurden im Rahmen der langfristigen Nachsorge erbracht.

Schwere adverse Ereignisse/Komplikationen im Rahmen der Operation

Komplikation	Fallzahl 2024
Primäre / Sekundäre postoperative Fazialisparese	0
Elektrodenfehlage mit Revisionsbedarf	0
Meningitis nach CI-Versorgung	0
Stationäre Aufnahme aufgrund CI-bezogener Komplikationen	1
Tod in Verbindung mit der CI-Versorgung	0
Geräteausfall / schwere technische Störung	0